

КОПИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.24.443.Д.005899.09.05

от 22.09.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция :
Универсальный электронный микроскоп серии SUPRA моделей: SUPRA 25, SUPRA 35, SUPRA
35VP, SUPRA 40, SUPRA 40VP, SUPRA 40WDS, SUPRA 50, SUPRA 50VP, SUPRA 55, SUPRA
55VP, SUPRA 60, SUPRA 60VP

изготовленная в соответствии
с требованиями стандартов

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при
применении товаров народного потребления в бытовых условиях"; СанПиН 2.1.2.1002-00
"Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"; СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы"; ОСПОРБ-99

Организация-изготовитель

"Carl Zeiss NTS GmbH" (D-73447, Oberkochen, Germany), ФРГ

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Карл Цейсс", 105005, г. Москва, Денисовский пер., д. 26, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение №10/01-1937 от 14.09.05г., выданное Испытательным центром ГУ НИИ
медицины труда РАМН (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА. 148 от 12.08.2002).

№ 010041

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

11111111

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Напряженность электростатического поля, кВ/м	15
Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, В/м	500
Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц, А/м	8
Напряженность электрического поля (В/м) в диапазоне частот: 5 Гц - 2 кГц	25
2 - 400 кГц	2,5
Напряженность магнитного поля (нТл) в диапазоне частот: 5 Гц - 2 кГц	250
2 - 400 кГц	25
Освобождается от радиационного контроля и лицензирования при выполнении условий п.1.7. ОСПОРБ-99	

Город Москва, Российская Федерация.

Двадцать второго декабря
две тысячи шестого года

Область применения:

аналитические исследования



Я, Аверина Елена Леонтьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Свидетельство зарегистрировано в реестре за № 1-22006
взыскано по тарифу: 2000 руб.

Нотариус:

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение требований безопасности, представленных в руководстве по эксплуатации и обслуживанию; перед вводом оборудования в эксплуатацию, проведение дополнительных создаваемых им уровней электростатического поля, электрического и магнитного полей частотой 50 Гц на рабочих местах эксплуатирующего его персонала с целью определения их соответствия гигиеническим регламентам

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование изделия, фирма-изготовитель, назначение, требования безопасной эксплуатации (обязательное защитное заземление)

Заключение действительно до

22.09.2010 г.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

(Ф. И. О. (подпись))

Л.П. Гульченко
М. П.

Бланк N 010041