



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.27.150.Д.014249.12.09

от 01.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
дифрактометр рентгеновский порошковый "ARL X'TRA"

изготовленная в соответствии
с технической документацией фирмы-изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ -99/2009)"; СП 2.6.1799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)"; СП 2.6.1.1282-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ"

Организация-изготовитель

"Термо Фишер Саентифик (Экубленс) САПЛ" ("Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL"), Ан
Валэр Куест С, СН1024, Экубленс (En Vallaire Quest C, CH1024 Ecublens, Switzerland),
Швейцария

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Термо Фишер Саентифик (Экубленс) САПЛ" ("Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL"), Ан
Валэр Куест С, СН1024, Экубленс (En Vallaire Quest C, CH1024 Ecublens, Switzerland),
Швейцария

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение от № 1109-8/35-181 от 16.11.2009 г. ФМБЦ им. А.И. Бурназяна;
протокол ИЦ "ГМТ-ТЕСТ" № РД-453/11-09 от 11.11.2009г. (Аттестат аккредитации № САРК
RU.0001.441578 от 15.06.2007г.)

№ 0076359

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
ОСПОРБ-99, СП 2.6.1.1282-03
1,0

Мощность дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности аппаратуры (мкЗв/час, не более)

Область применения:
для проведения полного спектра исследований структуры и химического состава материалов методом рентгеновской дифракции

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с технической документацией и СП 2.6.1.1282-03 для 1 группы установок НРИ. В соответствии с п. 1.8 ОСПОРБ-99 не требуется лицензирования деятельности по проведению работ с прибором. Хранение и транспортирование без ограничений по радиационному фактору.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование изделия, фирма-изготовитель, назначение, страна, требования безопасной эксплуатации, выполненные на русском языке



Заключение действительно до 01.12.2014 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов

(И. П. О. / Подпись)

М. П.

2

Город Москва, Российская Федерация.

Девятого декабря две тысячи девятого года.

Я, Гунина Татьяна Петровна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 5К-1651
Выдано по тарифу 201.00 руб. + 601.00 руб. н.п.

Нотариус:



Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
2 (два) листов

Нотариус: